

出厂检验报告

银久洲工业发展有限公司

产品名称	乳胶手套	产品料号	C-ST-R5945-MQ-ZM
材质	胶乳	数量	50只
生产日期	2021.06.05	有效日期	2024.06.05

样品测试环境温湿度：26° C/50%RH

检测使用仪器 1:	静电测试仪	仪器校准有效期：2022年 5 月 22 日
检测使用仪器 2:	摩擦测试仪	仪器校准有效期：2022年 5 月 22 日

序号	检验项目	技术要求	数量	检验结果	判定结果
1	检验项目				
	老化前扯断力的最小值；老化前扯断伸长率的最小值；老化后扯断力的最小值；老化后扯断伸长率的最小值、尺寸、不透水试验		50只	PASS	PASS

样品描述	外观正常 包装物完整
检验依据	GB 10213-2006 《一次性使用医用橡胶检查手套》

检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
拉伸性能	老化前扯断力的最小值	≥ 7.0	10.5	PASS
	老化前扯断伸长率的最小值	≥ 650	697	PASS
	老化后扯断力的最小值	≥ 6.0	7.8	PASS
	老化后扯断伸长率的最小值	≥ 500	680	PASS
尺寸	最大厚度	≤ 2.03	0.14	PASS
	最小厚度	≥ 0.11	0.12	PASS
	最小长度	≥ 230	240	PASS
	宽度	95 ± 5	93	PASS

检验结论：√ PASS 依据检验所列项目要求，所检产品符合检验标准要求

检验人：季心研 公司盖章：

检验日期2021/06/05